

RECUENTO MICROBIOLÓGICO

F.3.1.4.1-2

Pág. 1 de 3

FECHA: 23/10/2023

Unidad	Sala	Ubicación n placa	Recuento 24 h		Recuento 48 h		Observaciones
			Enterobac t	Hongos	Enterobac t	Hongos	
SJ	ME1	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
		Mesa	-	-	-	-	
SJ	ME2	suelo	-	-	-	-	
		Pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	ME3	Suelo	-	-	1	-	
		Pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	ME4	Suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	ME5	Suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	ME6	Suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	C1 vacio	Suelo					
		pared					
SJ	C2 ratón	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C3 serpientes	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C4 ratón	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C5 ratón	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C6	suelo	-	1	-	2	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C7 cobaya	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C8 rata	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C9 Rata	suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
SJ	C10 rata	suelo	-	1	-	1	
		pared	-	-	-	-	
		suelo	-	-	-	-	

RECUESTO MICROBIOLÓGICO

F.3.1.4.1-2

Pág. 2 de 3

SJ	L2 Ratón Q1	pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	L3 Ratón .	Suelo	-	-	-	-	
		Pared	-	-	-	-	
		Mesa	-	-	-	-	
SJ	L4 Ratón barrera	Suelo	-	-	-	-	
		Pared	-	-	-	-	
		Mesa	-	-	-	-	
SJ	QUIRO FANO	Suelo	-	-	-	-	
		Pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	
SJ	prequir ofano	Suelo	-	-	-	-	
		pared	-	-	-	-	
		mesa	-	-	-	-	

RECUESTO MICROBIOLÓGICO

F.3.1.4.1-2

Pág. 3 de 3

Unidad	Equipo	Ubicación placa	Recuento 24 h		Recuento 48 h		Observaciones
			Agar-agar	Hongos	Agar-agar	Hongos	
SJ	SAS Formaldehido	Cubeta tratada	-	-		-	
SJ	SAS UV área Barrera Sup	Suelo	-	-		-	
SJ	SAS UV área Barrera Inf	Suelo	-	-		-	
SJ	SAS UV área Convenc. Sup	Suelo	-	-		-	
SJ	SAS UV área Convenc. Inf	Suelo	-	1		1	
SJ	SAS UV Prequirófano	Suelo	-	-		-	
SJ	Lavaracks	Jaula lavada	>50	-		-	
SJ	Lavabiberones	Biberón lavado	1	-		-	
SJ		Agua tratada	-	-		-	
SJ		Agua biberón ratón	-	-		-	